

### Ravimseire uuringud, toksikoloogilised ja metallide uuringud

Analüüsi nimetus	Lühend	Katsuti	Uuringumaterjal	Materjali säilivus	Vastuse saamise aeg
Digoksiin plasmal	P-Digox	Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti	plasma	2–8 °C 24 tundi, –20 °C 1–2 nädalat	Tööpäeva jooksul, E–P
Etanool plasmal	P-EtOH	Glükolüüsi inhibiitoriga katsuti (NaF/Na <sub>2</sub> -EDTA või NaF/K-Oxalate)	plasma	25 °C 2 nädalat, 5 °C 3 kuud, –15 °C 6 kuud	Tööpäeva jooksul, E–P
Karbamasepiin plasmal	P-Carba	Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti	plasma	20–25 °C 2 päeva, 2–8 °C 7 päeva,	Tööpäeva jooksul, E–L
Valproaat plasmal	P-Valpr	Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti	plasma	20–25 °C 2 päeva, 4–8 °C 7 päeva, –20 °C 3 kuud	Tööpäeva jooksul, E–P
Vankomütsiin plasmal	P-Vanc	Geeli ja liitiumhepariiniga katsuti	plasma	15–25 °C 22 tundi, 2–8 °C 2 päeva, –20 °C 1 kuu	Tööpäeva jooksul, E–P
Amfetamiin uriinis	U-Amp	Uriini proovitops	uriin	2–8 °C 2 päeva, –20 °C	Tööpäeva jooksul, E–P
Barbituraadid uriinis	U-Bar	Uriini proovitops	uriin	2–8 °C 2 päeva, –20 °C	Tööpäeva jooksul, E–P
Bensodiasepiinid uriinis	U-Bzd	Uriini proovitops	uriin	2–8 °C 2 päeva, –20 °C	Tööpäeva jooksul, E–P
Buprenorfiin uriinis	U-Bupr	Uriini proovitops	uriin	2–8 °C 2 päeva, –20 °C	Tööpäeva jooksul, E–P
Ecstasy uriinis	U-Ecs	Uriini proovitops	uriin	2–8 °C 2 päeva, –20 °C	Tööpäeva jooksul, E–P
Fentanüül uriinis	U-Phen	Uriini proovitops	uriin	2–8 °C 2 päeva, –20 °C	Tööpäeva jooksul, E–P
Fentsükliidiin uriinis	U-Pcp	Uriini proovitops	uriin	2–8 °C 2 päeva, –20 °C pikemaajaliselt	Tööpäeva jooksul, E–P

Analüüsi nimetus	Lühend	Katsuti	Uuringumaterjal	Materjali säilivus	Vastuse saamise aeg
Gammahüdroksübutüraat uriinis	U-GHB	Uriini proovitops	uriin	2–8 °C 2 päeva, –20 °C	Tööpäeva jooksul, E–P
Ketamiin uriinis	U-Ket	Uriini proovitops	uriin	2–8 °C 2 päeva, –20 °C	Tööpäeva jooksul, E–P
Kannabinoidid uriinis	U-THC	Uriini proovitops	uriin	2–8 °C 2 päeva, –20 °C	Tööpäeva jooksul, E–P
Kokaiin uriinis	U-Coc	Uriini proovitops	uriin	2–8 °C 2 päeva, –20 °C	Tööpäeva jooksul, E–P
Metadoon uriinis	U-Mtd	Uriini proovitops	uriin	2–8 °C 2 päeva, –20 °C	Tööpäeva jooksul, E–P
Metamfetamiin uriinis	U-Met	Uriini proovitops	uriin	2–8 °C 2 päeva, –20 °C	Tööpäeva jooksul, E–P
Opiaadid uriinis	U-Mop	Uriini proovitops	uriin	2–8 °C 2 päeva, –20 °C	Tööpäeva jooksul, E–P
Süntetilised kannabinoidid uriinis	U-K2	Uriini proovitops	uriin	2–8 °C 2 päeva, –20 °C	Tööpäeva jooksul, E–P
Tramadool uriinis	U-Tra	Uriini proovitops	uriin	2–8 °C 2 päeva, –20 °C	Tööpäeva jooksul, E–P
Tritsüklilised antidepressandid uriinis	U-TCA	Uriini proovitops	uriin	2–8 °C 2 päeva, –20 °C	Tööpäeva jooksul, E–P
Infliximab (Remicade, Remsima) seerumis	S-Infliximab	Geeli ja hüübimisaktivaatoriga katsuti	seerum	2–8 °C 3–4 päeva, pikemalt –20 °C	Tööpäeva jooksul, E–R