

Streptococcus A antigeen kurgukaapes

Lühend	Th-Streptococcus A Ag (kiirtest)
Mõiste	Streptococcus A (<i>Streptococcus pyogenes</i>) ehk beetahemolüütiline A-grupi streptokokk on aeroobne grampositiivne kokk. Ta on kõige sagedasem ülemiste hingamisteede bakteriaalse põletiku (tonsilliidi, farüngiidi) tekitaja. Varajane diagnostika ja antibakteriaalne ravi vähendavad vähendavad hilisemaid võimalikke tüsistusi.
Näidustused	Kahtlus bakteriaalsele farüngiidile, tonsilliidile
Proovivõtu vahendid	Steriilne tampooniga katsuti
Materjali säilivus ja transport	- Kurgukaabe - Temp: 15-30°C 8 tundi, 2-8°C 72 tundi
Teostamise aeg ja koht	Ööpäev läbi, hematoloogia labor, Ravi 18
Mõõtmismeetod	Immuunkromatograafia
Referentsvahemik	Negatiivne
Tõlgendus	Positiivne Negatiivne - Positiivne tulemus kinnitab beetahemolüütilise A grupi streptokoki esinemist infektsiooni põhjustajana. - Negatiivne tulemus näitab beetahemolüütilise A grupi streptokoki puudumist antud proovimaterjalis või on bakteri antigeeni hulk alla meetodi määramispiiri ($< 1,0 \times 10^5$ CFU) - Testi abil ei ole võimalik eristada asümptomaatilisi beetahemolüütilise A grupi streptokoki kandjaid infektsiooniga patsientidest. Segavad faktorid: tulemus sõltub proovimaterjali nõuetekohasest võtmisest.
Hinnakirja koodid	66542
Kirjandus	1. Insert NADAL® Strep A Test (test strip) v.1.4., 2024.05.06
Koostaja	Ellind Lind